

SERBETS KLOR KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Genel Müdürlüğümüze bağlı Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı ve İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere aşağıda teknik özellikleri belirtilen malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır.

Ürün Adı	Miktar	Özellikleri
Serbest Klor Kiti	7.000 Adet (70 Kutu) Hanna Instruments HI701 : 3.500 Adet Hach Pocket Colorimetre II : 3.500 Adet	<ul style="list-style-type: none">*Test kiti toz reaktif şeklinde tek kullanımlık paketler halinde, en az 0,00-2,00 ile 0,00-5,00 ppm serbest klor aralığına sahip olmalıdır.*En az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır. Ürünlerin teslim tarihi itibari ile Kullanım tarihi başlayacaktır.*Ürünün üzerinde son kullanma tarihi olacaktır.*Genel Müdürlüğümüzde kullanılan Hanna Instruments HI701 ve Hach Pocket Colorimetre II cihazlarına uyumlu ölçüm yapan serbest klor kiti olacaktır.*Suda hızlı çözülme özelliği olacaktır.*Ürünler kutu içerisinde en fazla 100 adet olacak şekilde paketlenmektedir.

****Firma, Su Tesisleri Dairesi Başkanlığında bulunan Su Sağlığı Şefliğine en az 10 adet yukarıda belirtilen özelliklere uygun numune örneğini getirerek test işlemine tabi tutulacaktır. Test sonucunun uygun görülmesi halinde ürünler tek seferde teslim edilecektir.**


Uğur ÖZER

Su Sağlığı Şefi


Bülent YILDIZ

Su Sağlığı ve Havza Koruma Şube Müdür V.